

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu
1	Maseczki jednorazowe medyczne	Maseczki powinny spełniać wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dla maseczek przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zwodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID 19 z dnia 09.04.2020 r. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE.
2	Półmaski filtrujące FFP3	Półmaski filtrujące FFP3 powinny spełniać następujące wymagania: • maseczka wielokrotnego użytku, • opcjonalnie- maseczka wyposażona w zaworek wydechowy, • przeznaczona do codziennego użytku, • deklaracja zgodności CE zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425, • oznakowanie znakiem CE, • zgodność z normą EN 149:2001+A1:2009
3	Półmaski filtrujące FFP2	Półmaski filtrujące klasy FFP2 – powinny spełniać następujące wymagania: a) zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej; b) powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika; c) podstawowe elementy półmaski filtrującej: zacisk nosowy, zawór wydechowy (opcjonalnie), taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, zapinki taśm nagłowia (opcjonalnie); d) powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych EN 149:2001+A1:2009 lub równoważne (np. w EN numer normy, nazwa i typ półmaski, klasa ochrony, dane producenta); e) oznakowanie opakowania znakiem CE .
4	Kombinezon jednorazowy L, XL	<u>Parametry techniczne kombinezonów ochronnych jednorazowych:</u> • materiał: tkanina polipropylenowa typu SMS lub TYVEC, • gramatura min. 40 g/m², • zapinany na zamek błyskawiczny,

		• kaptur wykończony gumką, • brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką, • rozmiar L-XL (rozmiary zgodnie z zamówieniem indywidualnych szpitala w tabeli poniżej) • zgodność z normami: 14126:2003 oraz 14325:2018 (klasa 1) lub PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 • oznakowanie CE Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała wymagania jednego z następujących dokumentów: ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny). Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała wymagania jednego z następujących dokumentów: ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny). Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała wymagania jednego z następujących dokumentów: ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny).
5	Fartuch pełnobarierowy ze ściągaczem	Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży.
6	Rękawiczki nitrylowe S, M, L, XL	Rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej, chroniące przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka.
7	Ochraniacze na buty jednorazowe	Ochraniacze powinny spełniać następujące wymogi: • ochraniacze jednorazowe, • wykonane z folii PE, • mocne i wodoodporne,

		• przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń, wymagających zachowania pełnej czystości, • wykończone wygodną gumką, • rozmiar uniwersalny, • deklaracja zgodności CE.
8	Czepek ochronny jednorazowy	Czepki powinny spełniać następujące wymogi: • czepek medyczny jednorazowy, • okrągły typu beret, • wykonany z włókniny, • gumka na całym obwodzie, • dobra przepuszczalność, • uniwersalny rozmiar.